



بیمارستان مهر

سیستم مدیریت یکپارچه

نام مدرک: دستورالعمل اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت پایش مستمر حین و پس از دیالیز

کد مدرک: NM-IN-114

شماره بازنگری مدرک: ۱

تاریخ تهیه: ۹۸/۷/۱۵

تاریخ بازنگری: ۹۹/۷/۱۵

تاریخ صدور: ۹۸/۷/۲۰

وضعیت کنترل	امضاء	تاریخ	مسئولیت	
		۹۸/۷/۲۰	مسئول فنی / دکتر آل صفر رئیس دیالیز / دکتر فصیحی رئیس بخش مراقبت ویژه / دکتر میرسلطانی مدیر پرستاری / طاهره خسروی سرپرستار دیالیز / قربانی سرپرستار بخش مراقبت ویژه / مریم حضرت	تهیه
		۹۸/۷/۲۰	رئیس هیئت مدیره / دکتر معظمی	تأیید
صفحه ۱ از ۵ صفحه		۹۸/۷/۲۰	مدیر عامل / دکتر مردانی	تصویب

بیمارستان مهر	دستورالعمل اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت پایش مستمر حین و پس از دیالیز	کد مدرک: NM-IN-114 شماره بازنگری: ۱
---------------	--	--

فرم وضعیت ویرایش				کد مدرک: QI-FO-121 شماره بازنگری : ۰
ردیف	شماره صفحه	شماره ویرایش	تاریخ ویرایش	شرح ویرایش

بیمارستان مهر	دستورالعمل اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت پایش مستمر حین و پس از دیالیز	کد مدرک: NM-IN-114 شماره بازنگری: ۱۰
---------------	--	---

شماره صفحه

فهرست :

هدف..... ۴

دامنه کاربرد..... ۴

تعاریف..... ۴

مسئولیت ها و اختیارات..... ۴.

شرح اقدامات..... ۴

منابع..... ۵

پیوست ها..... ۵

هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل حمایت و مراقبت مستمر از بیماران تحت دیالیز براساس دستورالعملهای معین می باشد.

دامنه کاربرد :

این دستورالعمل در بخش دیالیز و بخش مراقبت های ویژه کاربرد دارد.

تعاریف :

مسئولیت ها و اختیارات :

اجرای این دستورالعمل برعهده کارکنان بخش دیالیز و بخش مراقبت های ویژه می باشد.

نظارت و بازنگری بر اجرای این دستورالعمل بر عهده سرپرستار بخش دیالیز و مدیریت پرستاری بیمارستان می باشد.

مسئولیت تصویب این دستورالعمل برعهده مدیریت عامل می باشد.

شرح اقدامات :

قبل از دیالیز

- پرستار در بدو ورود بیمار دستور دیالیز و توسط نفرولوگ ، داشتن رضایت با ریسک بالا و آماده بودن مدارک آزمایشگاهی در پرونده چک می شود.
- پرستار بیمار را در صورت داشتن تعادل وزن می کند.
- پرستار بیمار را به روی تخت منتقل کرده و علائم حیاتی کنترل و ثبت می شود.
- پرستار از عملکرد اکسی که شامل شنت ،فیستول،شالودن و کورتکسی اطمینان حاصل می کند.
- پرستار بیمار را به دستگاه دیالیز طبق دستور پزشک نفرولوگ معالج وصل می کند.
- پرستار دستگاه دیالیز و ست های مربوطه را از نظر سالم بودن چک میکند.

حین دیالیز

- پرستار حین دیالیز علائم حیاتی بیمار را هر ۲ ساعت چک میکند.
- پرستار بیمار را از نظر اختلالات الکترولیت (کاهش قند – کاهش سدیم و پتاسیم) بیمار را بررسی می نماید.
- پرستار بیمار را از نظر اختلالات همودینامیک (مثل کاهش فشار خون – کاهش حجم در گردش) و خروج سوزن های شریانی و وریدی بطور مستمر چک میکند.
- پرستار اگر حین دیالیز بیمار نیاز به تزریق فرآورده های خونی باشد حتماً با دستور دکتر نفرولوگ پروسیجر را انجام دهد.

پس از دیالیز

- پرستار پس از پایان دیالیز علائم حیاتی بیمار را چک و ثبت میکند.

- پرستار پس از پایان دیالیز وزن بیمار را چک میکند و در پرونده ثبت می نماید.
- پرستار در صورت داشتن کاتتر بایستی کاتترها و محل مربوطه پانسمان شود.
- پرستار محل ورود کاتتر و فیستول را از نظر خونریزی و عفونت و هماتوم چک میکند.
- پرستار کلیه اقدامات انجام شده را در برگه گزارش پرستاری ثبت می کند.

منابع :

▪ مرجع مراقبت های پرستاری

پیوست ها : (امکانات و تسهیلات)

▪ فرم شیت دیالیز

▪ دستگاه دیالیز

▪ ترازو